



Płock dnia 13.08.2009r.

Oznaczenie postępowania:  
TZPiZ.3813/14/D/09

## Uczestnicy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Forma powiadomienia:

*tablica ogłoszeń; strona internetowa.*

# ODPOWIEDŹ na zapytanie w sprawie SIWZ

**Szanowni Państwo,**

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 12 sierpnia 2009 r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 – ost. zm. Dz. U. z 2009r., Nr 91 poz. 742.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

**„zakup dwóch ambulansów sanitarnych typu C z wyposażeniem”.**

Treść wspomnianego zapytania jest następująca:

**Pytanie 1.**

*Czy Zamawiający wymaga by na oferowany ambulans (marka, model) wystawiony był zgodnie z normą PN EN 1789 - załącznik nr B - dokument potwierdzający pozytywnie przeprowadzone badania wytrzymałościowe tzw. Crash test? Czy dokument ten należy załączyć do oferty?*

**Pytanie 2.**

*Czy Zamawiający wymaga by oferowany sprzęt medyczny spełniał - niezależnie od posiadanych ponadnormatywnych parametrów - wszystkie minimalne wymogi jakie narzuca aktualna norma PN EN 1865 "Wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu do przemieszczania pacjenta, stosowanego w ambulansach drogowych",?*

**Pytanie 3.**

*Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu bez podgrzewanej przedniej szyby oraz z jednym fotelem na prawej ścianie przedziału medycznego (pojazd przystosowany do przewozu 4 osób w pozycji siedzącej i jednej w pozycji leżącej)?*

**Pytanie 4.**

*Czy wymóg określony w pkt. 7.25 „sterowanie oświetleniem (.....) za pomocą zintegrowanego panelu dotykowego” oznacza iż panel sterujący ma być z ekranem dotykowym ?*

**Pytanie 5.**

*Czy Zamawiający wymaga by oferowany pojazd był o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony?*

**Pytanie 6.**

*Czy Zamawiający dopuszcza zaoferowanie ambulansu w którym prawe drzwi przesuwne do przedziału medycznego wyposażone będą w fabryczne okno przesuwne które nie przewidziane jest przez producenta pojazdu bazowego do pełnienia funkcji wyjścia ewakuacyjnego?*

**Pytanie 7.**

*Czy Zamawiający mógłby wyjaśnić zapis "wyłącznik główny akumulatora"? Akumulator nie jest urządzeniem które można włączać lub wyłączać.*

**Pytanie 8.**

*Czy nie doszło do pomyłki przy określaniu wymogu określonego w pkt. 11.2 tzn. wymogu dostarczenia Zamawiającemu oryginału świadectwa homologacji? Wraz z pojazdem do rejestracji dostarcza się nie "oryginał świadectwa homologacji" lecz "wyciąg ze świadectwa homologacji" .*

**Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:**

Odpowiedź na pytanie 1.

**Zamawiający szczegółowo określił w SIWZ jakie dokumenty Wykonawca powinien załączyć do oferty i nie wprowadza dodatkowych wymagań w tym zakresie.**

Odpowiedź na pytanie 2.

**Zamawiający nie wprowadza dodatkowych zmian w tym zakresie, szczegółowy opis zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.**

Odpowiedź na pytanie 3.

**Nie.**

Odpowiedź na pytanie 4.

**Tak.**

Odpowiedź na pytanie 5.

**Tak.**

Odpowiedź na pytanie 6.

**Zamawiający wymaga wyjścia awaryjnego z przedziału medycznego zgodnie w wymogami określonymi w pkt. 1.8 załącznika nr 1 do SIWZ.**

Odpowiedź na pytanie 7.

**Zapis „wyłącznik główny akumulatora” dotyczy urządzenia które rozłączy dopływ energii elektrycznej z akumulatora do instalacji elektrycznej przedziału medycznego.**

Odpowiedź na pytanie 8.

**Tak - doszło do pomyłki przy określaniu wymogu w pkt. 11.2. - Wykonawca wraz pojazdem powinien wydać wyciąg ze świadectwa homologacji dla każdego pojazdu wraz z fakturą i kartą pojazdu.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i umieszczone na stronie internetowej [www.bip.wspripsplock.pl](http://www.bip.wspripsplock.pl)

Zamawiający

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego w Płocku  
  
mgr Lucyna Kęsicka