



Płock, dnia 12.03.2013 r.

TZPIZI.3813/...⁸⁹⁰...../13

Do wszystkich Wykonawców

Forma powiadomienia:

Tablica ogłoszeń; strona internetowa.

Dotyczy: dostawy pięciu sztuk specjalistycznych ambulansów medycznych typ C.

Oznaczenie postępowania TZPIZI-3813/02/D/13

WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 12.03.2013 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący:

Pytanie.

W związku z faktem, iż większość noszy dostępnych na rynku Polskim oraz Europejskim jest przebadana zgodnie z EN 1789 na przeciążenie 10G pragniemy zapytać czy Zamawiający dopuści do zaoferowania kompatybilną z noszami lawetę spełniającą wymagania SIWZ oraz EN 1789, która została przebadana na przeciążenia 10G?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuści do zaoferowania kompatybilną z noszami lawetę spełniającą wymagania SIWZ oraz EN 1789, która została przebadana na przeciążenia 10G?

Powyższe odpowiedzi nie stanowią zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wspritsplock.pl.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma zgodnie z warunkami określonymi w § 7 ust. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji przekazanej faksem (art. 27. ust. 2 ustawy P.z.p.) poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego” - **24/ 26-78-415.**

Z-ca DYREKTORA
ds. Techniczno-eksploatacyjnych

mgr Benedykt Lykowski

(Zamawiający)