



**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego
i Transportu Sanitarnego w Płocku**



TZPiZI.3813/...⁸⁵².../18

Płock, dnia 27 lutego 2018 roku

**Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu nr
TZPiZI.3813/01/D/18**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku w roku 2018 dla SP ZOZ WSPRITS w Płocku.

- I.** Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.) zwanej dalej ustawą PZP, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytania

W celu przyspieszenia kontaktu, prosimy o dopisanie do umowy adresu mailowego przedstawiciela/osoby odpowiedzialnej za realizację umowy po stronie Zamawiającego.

Odpowiedź

Zamawiający dopisze do umowy adres mailowy osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia.

Dotyczy Części 1

Pozycje 1 – 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Cewnika do odsysania górnych dróg oddechowych z otworami na przemian leżymi, wykonane z miękkiego i elastycznego PCV powierzchnia zmrożona.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozycje 9 – 25

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Rurki intubacyjnej bez mankietu / z mankiem wykonanej z elastycznego PVC.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozycje 26 – 33

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Rurki ustno – gardłowej wykonanej z wysokiej jakości PE (polietylenu) pozbawionego PCV oraz ftalanów, anatomiczne wygięcie rurki pozwalana udrożnienie górnych dróg oddechowych i swobodny przepływ gazów anestetycznych, powietrza, rozmiary kodowane kolorami, numeryczne oznaczenie rozmiaru na rurce, jednorazowego użytku, sterylizowana EO. Pakowana pojedynczo w opakowanie foliowe.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozycje 34 – 44

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Cewnika Foleya, wykonany z miękkiego i elastycznego lateksu, silikonowana powierzchnia zastawka plastikowa, pskowany podwójnie, sterylizowany tlenkiem etylenu.

Odpowiedź

Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ

Pozycje 48 – 51

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie do zaoferowania Strzykawki jednorazowej, dwuczęściowej, jałowej z przezroczysto matowym tłokiem, nie zawiera silikonu i lateksu- gładka i

