



Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku



Płock, dnia 30 lipca 2018 roku

TZPiZI.3813/3148/18

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu nr TZPiZI.3813/03/D/18

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: zakup dwóch ambulansów sanitarnych typu C.

- I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 i 2018) zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami.

Dotyczy noszy reanimacyjnych

Czy wszędzie tam, gdzie w treści Opisu Przedmiotu Zamówienia mowa jest o normach PN EN 1789 oraz PN EN 1865, Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu norm zharmonizowanych (Monitor Polski z dnia 16 marca 2018) tj. PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015?

Odpowiedź. Tak Zamawiający ma na myśli polskie normy zharmonizowane ujęte w Obwieszczeniu Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego z dnia 31 stycznia 2018 r.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentów, potwierdzających zgodność noszy reanimacyjnych z normami PN-EN 1789+A1:2011 i PN-EN 1865-1+A1:2015, w postaci certyfikatów wystawionych przez niezależną jednostkę notyfikowaną zgodnie z obowiązującymi przepisami regulującymi certyfikację wyrobów medycznych na terenie Unii Europejskiej oraz zgodnie ze stanowiskiem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego, że spełnienie danej normy może potwierdzić jedynie organ wyznaczony w systemie oceny zgodności czyli specjalna jednostka certyfikowana uprawniona do weryfikacji wyrobu medycznego?

Odpowiedź. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia sprzęt medyczny – musi posiadać zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli, jakości potwierdzającego, że dostarczony sprzęt odpowiada określonym normom lub specyfikacjom technicznym tj. deklarację zgodności lub certyfikat CE zgodnie z Ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych.

Pytanie nr 3

Czy zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze cenionego europejskiego producenta, o poniższych parametrach:

Nosze główne rozłączne

- Wykonane z materiału odpornego na korozję, malowanego metodą proszkową
- Nosze potrójnie łamane z możliwością ustawienia pozycji przeciwwstrząsowej i pozycji zmniejszającej napięcie mięśni brzucha
- Przystosowane do prowadzenia reanimacji
- Z możliwością płynnej regulacji kąta nachylenia oparcia pod plecami do 90 stopni
- Rama noszy pod głową pacjenta umożliwiającą odgięcie głowy do tyłu i ułożenie na wznak.
- Z zestawem pasów zabezpieczających pacjenta o regulowanej długości mocowanych bezpośrednio do ramy noszy
- Rama o przekroju okrągłym

- Wyposażone w cienki niesprężynujący materac z tworzywa sztucznego umożliwiający ustawienie wszystkich dostępnych pozycji transportowych, o powierzchni antypoślizgowej, nie absorbującej krwi i płynów, odporny na środki dezynfekujące
- Ze składanymi wzdłużnie poręczami bocznymi
- Z wysuwanymi rączkami do przenoszenia umieszczonymi z przodu i tyłu noszy
- Możliwość wprowadzania noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy
- Składany wieszak na pojemnik z płynami infuzyjnymi
- Waga noszy 22 kg, zgodne z wymogami normy PN EN 1865
- Trwałe oznakowanie graficzne elementów związanych z obsługą noszy
- Obciążenie dopuszczalne 250 kg
- Dodatkowe pasy do transportu małych dzieci

Transporter noszy głównych rozłącznych

- Wyposażony w system niezależnego składania się goleni przednich i tylnych przy wprowadzaniu i wyprowadzaniu noszy z/do ambulansu pozwalający na bezpieczne wprowadzenie/wyprowadzenie noszy z pacjentem nawet przez jedną osobę – pełna kontrola w trakcie wprowadzania i wyprowadzania noszy z/do ambulansu
- Szybki i łatwy system połączenia z noszami
- Zintegrowane z ramą uchwyty, dzięki czemu zabezpieczony został dostęp do przycisków blokady składania goleni, co razem z podwójnym skokiem blokady składania goleni stanowi zabezpieczenie przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół
- Regulacja wysokości w 7 poziomach – system ALS Automatyczny System Blokujący umożliwiający podniesienie noszy bez potrzeby uruchamiania żadnych blokad, dźwigni
- Możliwość zapięcia noszy przodem lub nogami w kierunku jazdy
- Możliwość ustawienia pozycji drenażowych Trendelenburga i Fowlera na trzech poziomach pochylenia
- Wyposażony w 4 kółka obrotowe w zakresie o 360°, 2 kółka wyposażone w hamulce
- Wszystkie kółka jezdne o średnicy 200mm, umożliwiające prowadzenie noszy bokiem w budynkach i poza nimi, z blokadą przednich kółek do jazdy na wprost
- Obciążenie dopuszczalne transportera 275 kg
- Uchwyty zintegrowane z ramą transportera
- Waga transportera 28 kg zgodnie z wymogami normy PN EN 1865
- Mocowanie transportera do lawety ambulansu zgodne z wymogami normy PN EN 1789
- Wykonany z materiału odpornego na korozję, lub z materiału zabezpieczonego przed korozją
- Trwałe oznakowanie najlepiej graficzne elementów związanych z obsługą noszy
- Rama o przekroju okrągłym
- Tabliczka znamionowa informująca o dacie kolejnego przeglądu

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Noszy podbierakowych:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze podbierakowe z wielostopniową regulacją długości noszy w zakresie od 167 do 202 cm (dolny zakres jest tylko o 1 cm mniejszy niż oczekuje Zamawiający, różnica ta nie ma żadnego wpływu na funkcjonalność noszy w użytkowaniu), o takiej konstrukcji zamków spinających łopaty wykluczająca możliwość przypadkowego ich rozpięcia przez obsługę noszy spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź. Tak Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności nosze podbierakowe o parametrach wymienionych w pytaniu.

Dotyczy Deska ortopedyczna z pasami i unieruchomieniem głowy:

Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności deskę ortopedyczną posiadającą 14 uchwytów do przenoszenia na całym obwodzie deski, odległość otworów od podłoża umożliwiającą pracę w grubych rękawicach ok. 2 cm, o obciążeniu dopuszczalnym 450 kg, ważącą 7,2 kg, spełniającą pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy krzeselko transportowe:

Czy Zamawiający dopuści krzeselko kardiologiczne renomowanego europejskiego producenta składane, z blokadą przypadkowego złożenia w czasie transportu, wyposażone w cztery kółka transportowe, przednie z hamulcami, teleskopowe ręczki przednie umieszczone na jednej wysokości, w ręczki tylne zintegrowane z ramą w jeden uchwyt do przenoszenia, o obciążeniu dopuszczalnym 180 kg, wadze do 15 kg, wyposażone w system płozowy, łatwo zmywalne oparcie i siedzisko z możliwością demontażu, 3 pasy pacjenta, wykonane z aluminium, tylne kółka średnica 175 mm?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 2 do SIWZ – opis przedmiotu zamówienia.

Czy w celu zwiększenia konkurencyjności postępowania Zamawiający dopuszcza do zaferowania ambulansu, w którym system mocowania urządzenia do masażu klatki piersiowej przewidziano w przedziale medycznym na ścianie prawej?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Dotyczy Załącznika nr 4 do SIWZ – Wzór umowy, §3 Wartość umowy i warunki płatności.

Czy wartość pierwszej raty wskazanej w ppkt 2) pkt 2 powinna być taka sama jak pozostałych rat, czy też może stanowić 90% wartości ambulansu, a pozostałe 10% zostanie wówczas rozłożona na równe miesięczne raty?

Odpowiedź.

Wartość pierwszej raty w kwocie netto powinna być taka sama jak pozostałych rat. Ilość rat powinna być ustalona po wystawieniu pierwszej faktury licząc od daty wystawienia faktury do 30 czerwca 2019 r. Do pierwszej raty należy doliczyć podatek VAT od wartości netto dla całego zamówienia.

1. Zamawiający wymaga aby fotel kierowcy posiadał pełną regulacją: regulacja wzdłużna, regulacja oparcia, regulacja wysokości oraz regulacja kolumny kierowniczej w dwóch płaszczyznach (górną-dół, przód-tył) czy fotel pasażera powinien posiadać takie funkcje?

Odpowiedź. Fotel pasażera nie musi posiadać takich samych funkcji jak fotel kierowcy.

2. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści aby zamiast w schowku zewnętrznym plecak mocowany był na prawej ścianie w specjalnym zgodnym z PN EN 1789 uchwycie, który umożliwi korzystanie z jego zawartości ratownikowi siedzącemu na fotelu przy noszach?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności przedstawione rozwiązanie w pytaniu montażu plecaka.

3. Czy Zamawiający na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści aby butla tlenowa 2,7l mocowana była na prawej ścianie w tylnej części przedziału medycznego z łatwym dostępem?

Odpowiedź. Tak Zamawiający dopuszcza na zasadzie równoważności przedstawione rozwiązanie mocowania butli tlenowej 2,7 l.

4. Czy czujniki parkowania przednie i tylne powinny być wyposażeniem fabrycznym pojazdu bazowego i być objęte gwarancją mechaniczną pojazdu bazowego?

Odpowiedź. Czujniki parkowania powinny być wyposażeniem fabrycznym pojazdy.

5. Czy ze względu na ograniczoną ładowność pojazdu z DMC do 3,5t i związane z tym ryzyko przeważenia ambulansu ponad dopuszczalne obciążenie, Zamawiający dopuści ambulanse bez dodatkowej nagrzewnicy wodnej a zamiast tylnej belki sygnalizacyjnej dopuści pojedynczą lampę LED?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ w zakresie dodatkowej nagrzewnicy, natomiast zamiast tylnej belki sygnalizacyjnej dopuszcza pojedynczą lampę LED?

6. Czy na zasadzie równoważności Zamawiający dopuści szafkę na przegrodzie o wysokości 120 cm +/- 5cm?

Odpowiedź. Tak Zamawiający na zasadzie równoważności dopuści szafkę na przegrodzie o wysokości 120 cm +/- 5cm?

7. Czy Zamawiający wymaga aby fotel u wezłowania noszy posiadał możliwość dosunięcia i odsunięcia od noszy w każdym momencie eksploatacji bez użycia dodatkowych narzędzi co jest funkcjonalnym rozwiązaniem stosowanym jako standard w tego typu ambulansach?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie mocowania fotela u wezłowania noszy.

8. Czy Zamawiający dopuści panel sterujący w przedziale medycznym bez funkcji zegara i kalendarza a parametry te będą pokazywane przez dodatkowe urządzenie w przedziale medycznym?

Odpowiedź. Tak Zamawiający dopuści przedstawione rozwiązanie panelu sterującego i dodatkowego urządzenie w przedziale medycznym pokazujące funkcję zegara i kalendarza.

9. Czy Zamawiający dopuści montaż defibrylatora z ładowarką i pompy infuzyjnej do dwóch przesuwanych paneli na szynach a respiratora do specjalnie wzmocnionej powierzchni ściany na wysokości głowy pacjenta?

Odpowiedź. Tak Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie montażu pompy infuzyjnej, defibrylatora i respiratora

10. W związku z tym, iż każdy z producentów pojazdów użytkowych wydłużając okres gwarancji ogranicza go limitem kilometrów, Zamawiający zgodzi się punktować wydłużony okres gwarancji z limitem do 250 000 km?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Dot. I, pkt. 1 - Czy we wnęce za przednią szybą w standardzie 1 DIN może być zamocowany panel sterujący, a radioodtwarzacz w centralnej części deski rozdzielczej?

Odpowiedź. Tak Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie w pytaniu.

2. Dot. I, pkt. 1 - Prosimy o podanie marki i modelu radiotelefonu, który będzie montowany w kabinie kierowcy na półce nad głową kierowcy?

Odpowiedź. Zamontowany będzie radiotelefon – MOTOROLA DM 4600.

3. Dot. I, pkt 1 – prosimy o potwierdzenie, iż po stronie Wykonawcy jest cała instalacja elektryczno - antenowa wraz z antenami do systemu SWD PRM oraz adapter do montażu stacji dokującej. Natomiast po stronie Zamawiającego jest tablet z zasilaczem, drukarka z zasilaczem oraz moduł GPS.?

Odpowiedź. Tak Zamawiający potwierdza powyższy opis.

4. Dot. I, pkt. 13 - Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający ma na myśli łopatę typu saperka.

Odpowiedź. Zamawiający nie ma na myśli saperki tylko łopatę.

5. Dot. I, pkt. 25 - Czy Zamawiający dopuści radio USB/MP3 zamiast CD?

Odpowiedź. Tak Zamawiający dopuszcza ofertę wymienionego radia.

6. Dot. I, pkt. 25 – Prosimy o doprecyzowanie, czy w przedziale medycznym ma znajdować się jeden, czy dwa głośniki podłączone do radia?

Odpowiedź. W przedziale medycznym należy zamontować jeden głośnik.

7. Dot. I, pkt. 25 – Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga potencjometri (regulacji głośności) do głośników zamontowanych w przedziale medycznym, czy Zamawiającemu wystarczy przycisk włącz/wyłącz?

Odpowiedź. Wystarczy przycisk włącz/wyłącz.

8. Dot. XI, pkt. 1, ppkt. 2-3 – Prosimy zamawiającego o dopuszczenie podświetlenia szafek podsufitowych stałego z możliwością wyłączenia dzięki czemu przedmioty się tam znajdujące będą ciągle widoczne?

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza przedstawione rozwiązanie podświetlenia szafek.

9. Dot. XI, pkt. 1, ppkt. 4 – Prosimy o podanie marki i modelu urządzenia do masażu klatki piersiowej będącego w posiadaniu Zamawiającego?

Odpowiedź. Urządzenie to LUKAS 2

10. Dot. XI, pkt. 4 a- Czy Zamawiający dopuści podwójne gniazdo monoblokowe, zamiast dwóch oddzielnych pojedynczych?

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. Dot. XI, pkt.4e- Czy Zamawiający wymaga, aby przepływomierz był wyposażony w nawilzacz?

Odpowiedź. Przepływomierz powinien być wyposażony w nawilzacz.

12. Dot. XIII, pkt.7 – Prosimy o podanie jaki sprzęt będzie miał zamontować wykonawca podczas przekazania?

Odpowiedź. Sprzęt do zamontowani to między innymi: defibrylator, respirator, pompa infuzyjna i.t.p.

13. Dot. XIV, pkt.3 – Prosimy o przedłużenie gwarantowanego czasu rozpoczęcia naprawy gwarancyjnej zabudowy medycznej i jego wyposażenia do 72 godzin o chwili zgłoszenia.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

1. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie zapisu zawartego w Paragrafie 3 pkt 3 ppkt 5) SIWZ o treści: „Zamawiający dopuszcza wymianę sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72 godzin...”, w związku z zapisem zawartym w § 5 ust. 7 wzoru umowy o treści: „Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązuje się do wymiany sprzętu na zastępczy o parametrach użytkowych równych lub lepszych w przypadku naprawy powyżej 72 godzin”. Prosimy o określenie czy wymiana sprzętu jest uprawnieniem czy obowiązkiem Wykonawcy oraz o potwierdzenie, że przy liczeniu okresu 72 godzin będą brane pod uwagę tylko dni robocze.

Odpowiedź. Wymiana sprzętu jest obowiązkiem Wykonawcy. Potwierdzamy, że okres 72 godzin dotyczy dni roboczych.

2. Prosimy o dopisanie w § 5 ust. 7 wzoru umowy po słowach 24 godziny, iż przy liczeniu tego okresu będą brane pod uwagę tylko dni robocze.

Odpowiedź. Tak Zamawiający dopisze w § 5 ust. 7 wzoru umowy po słowach 24 godziny iż przy liczeniu tego okresu będą brane pod uwagę tylko dni robocze.

3. Prosimy o wydłużenie terminu określonego w § 5 ust. 9 wzoru umowy do 30 dni.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

4. Zgodnie z art. 144 ustawy Prawo Zamówień Publicznych prosimy o rozszerzenie katalogu zmian umowy jakie dopuszcza Zamawiający oraz dodanie do Paragrafu 17 pkt 3 SIWZ oraz §8 ust. 3 wzoru umowy punktu o następującym brzmieniu:

1) nastąpiła zmiana danych podmiotów zawierających umowę (np. w wyniku przekształceń, przejęć itp.).

Odpowiedź. Tak Zamawiający rozszerzy katalog zmian umowy o przedstawiony zapis.

5. Czy Zamawiający przez odsetki ustawowe, o których mowa w § 3, ust. 7 wzoru umowy rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych? W przypadku odpowiedzi negatywnej, pragniemy poinformować, iż na podstawie art. 13 ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych postanowienia umowy wyłączające lub ograniczające uprawnienia wierzyciela lub obowiązki dłużnika do naliczania odsetek za opóźnienie z niniejszej ustawy są nieważne, zatem zapisy art. 8 owej ustawy stosuje się odpowiednio.

Odpowiedź. Zamawiający rozumie odsetki ustawowe o których mowa w § 3, ust. 7 wzoru umowy rozumie odsetki za opóźnienie w płatności określone w ustawie z dnia 8 marca 2013 roku o terminach zapłaty w transakcjach handlowych

6. W celu umożliwienia kalkulacji ceny oferty prosimy Zamawiającego o sprecyzowanie ilości rat jakie zobowiązany będzie spłacać Zamawiający. Wskazanie w SIWZ terminu płatności ostatniej raty na 30 czerwca 2019 r. nie pozwala Wykonawcy na wyliczenie ilości rat, ponieważ nie ma on możliwości ustalić kiedy zakończy się procedura przetargowa i kiedy nastąpi zapłata pierwszej raty. Prosimy o sprecyzowanie ilości rat.

Odpowiedź. Zamawiającemu na tym etapie postępowania trudno określić ilość rat, ponieważ nie znamy terminu dostawy ambulansów dlatego Wykonawca powinien przedstawić z fakturą harmonogram spłat. Zamawiający informuje, że wartość pierwszej raty w kwocie netto powinna być taka sama jak pozostałych rat. Ilość rat powinna być ustalona po wystawieniu pierwszej faktury licząc od daty wystawienia faktury do 30 czerwca 2019 r. Do pierwszej raty należy doliczyć podatek VAT od wartości netto dla całego zamówienia.

7. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kalkulacji ceny oferty w oparciu o ostatnią ratę wyrównawczą, w przypadku kwoty niepodzielnej na równe raty. W tym wypadku ostatnia rata wyrównawcza będzie nieznacznie mniejsza bądź większa od pozostałych rat.

Odpowiedź. Zamawiający dopuszcza pierwsza lub ostatnia ratę wyrównawczą.

8. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie złożenia dokumentów wskazanych w Paragrafie 6 pkt 2 SIWZ ppkt 2.4 SIWZ zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tj. dokumentów dotyczących przedmiotu zamówienia wystawionych przez producenta sprzętu. Pragniemy zauważyć, iż dla wyrobów medycznych I klasy ryzyka (niesterylnych i bez funkcji pomiarowej) – wytwórca samodzielnie przeprowadza ocenę zgodności, wystawia deklarację zgodności i oznakowuje swój wyrób znakiem CE bez konieczności uczestnictwa niezależnej jednostki notyfikowanej.

Odpowiedź. Wymienione dokumenty powinny być dostarczone na wezwanie Zamawiającego i powinny być wystawione przez producenta.

9. Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie do umowy zapisu: „Z chwilą podpisania przez Strony protokołu zdawczo-odbiorczego, na Zamawiającym spoczywa odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia przedmiotu zamówienia”.

Odpowiedź. Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami § 2 ust. 9 „Wykonawca ponosi odpowiedzialność i ryzyko związane z dostawą pojazdów do momentu podpisania protokołu odbioru, lub dodatkowego protokołu odbioru, o którym mowa w § 2 ust. 8, jeżeli zostanie sporządzony. W związku z takim zapisem Zamawiający nie widzi potrzeby zamieszczać dodatkowego zapisu, jaki Państwo proponują.

10. Prosimy Zamawiającego o wykreślenie zapisu §5 ust. 10 wzoru umowy. Zapis, iż: „Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji na wymieniony element samochodu lub zabudowy sanitarnej i wyposażenia o czas trwania naprawy” w praktyce może oznaczać gwarancję dożywności oraz scedowanie całości obciążenia na Wykonawcę. Taka praktyka stanowi naruszenie natury stosunku zobowiązaniowego i znacząco narusza równowagę stron. Usługi gwarancyjne de facto nie są bezpłatne a ich koszt przez każdego z Wykonawców jest uwzględniany w cenie oferty.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

11. W przypadku odpowiedzi odmownej na powyższe pytanie prosimy o nadanie §5 ust. 10 wzoru umowy brzmienia: „W przypadku wymiany elementu samochodu lub zabudowy sanitarnej i wyposażenia gwarancja biegnie od nowa przez okres 6 miesięcy lub jeśli pozostały okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia jest dłuższy niż 6 miesięcy to gwarancja na dany podzespół lub element upływa z końcem upływu gwarancji na przedmiot zamówienia. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać”.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

12. Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy o zmniejszenie wysokości kary wskazanej w §4 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy do 5%.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

13. Mając na względzie miarkowanie kar umownych prosimy o zmniejszenie wysokości kary umownej wskazanej w §4 ust. 1 pkt 2 i 3 wzoru umowy do 0,1%.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

14. Prosimy o wykreślenie zapisu zawartego w §6 ust. 3 pkt 1) wzoru umowy lub jego modyfikację, poprzez wyłączenie konieczności uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego na powierzenie wykonywania usług gwarancyjno-serwisowych osobom trzecim (pracownikom serwisu).

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ i nie widzi problemu w uzyskaniem zgody na wykonanie usług gwarancyjnych osobom trzecim.

15. Prosimy o wyjaśnienie jakie czynności zobowiązany będzie wykonać Wykonawca w ramach świadczenia usługi: „pełnego serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego” o którym mowa w Paragrafie 3 pkt 2 SIWZ.

Odpowiedź. Zamawiający przez pełny serwis gwarancyjny rozumie serwis gwarancyjny i pogwarancyjny jaki świadczy producent pojazdu bazowego i producent zabudowy medycznej.

16. Prosimy o wykreślenie zapisu zawartego w § 9 ust. 1 wzoru umowy lub jego modyfikację, poprzez wskazanie, że Zamawiający przed dokonaniem nabycia zastępczego jest zobowiązany do wyznaczenia Wykonawcy dodatkowego terminu na wykonanie zamówienia.

Odpowiedź. Podtrzymujemy zapisy SIWZ.

17. Prosimy o usunięcie z Formularza „Opis przedmiotu zamówienia” przy opisie Pojazdu kompletnego zapisu: „zgodnie ze świadectwem homologacji”. Świadectwo to zostanie załączone do dokumentów niezbędnych do rejestracji na etapie dostawy przedmiotu zamówienia.

Odpowiedź. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ, załączone świadectwo powinno być kopą homologacji.

18. Prosimy o informację, jaka część majątku trwałego wykazywanego w aktywach Zamawiającego stanowi jego własność (nie jest przedmiotem dzierżawy, leasingu).

Odpowiedź. Majątek trwały wykazany w aktywach Zamawiającego stanowi naszą własność w 100%

19. Prosimy Zamawiającego o udostępnienie Wykonawcom jako załącznik do odpowiedzi lub na stronie internetowej następujących dokumentów: Bilansu, rachunku wyników za dwa ostatnie lata i okres bieżący.

Odpowiedź. Powyższe dokumenty zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.

20. Prosimy Zamawiającego o informację ile posiada łóżek zakontraktowanych przez NFZ.

Odpowiedź. Zamawiający nie posiada łóżek.

21. Prosimy o potwierdzenie, iż wraz z kolejnymi modyfikacjami wzoru umowy na etapie pytań Wykonawców, Zamawiający będzie każdorazowo zamieszczał aktualny wzór umowy.

Odpowiedź. Zamawiający zmodyfikuje wzór umowy w zakresie, na jaki wyraził zgodę i zamieści na stronie internetowej.

22. W związku ze zmianami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych wprowadzonych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), prosimy Zamawiającego o odpowiedzi na poniższe pytania:

1) Czy Zamawiający wyraża zgodę na podpowierzenie przez Wykonawcę przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji zamówienia publicznego tym podmiotom / osobom trzecim, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, np. podwykonawcom?

Odpowiedź. Zamawiający wyrazi zgodę na podpowierzenie przez Wykonawcę przetwarzania danych osobowych powierzonych Wykonawcy przez Zamawiającego w celu realizacji zamówienia publicznego

2) Czy Zamawiający zawrze dodatkową umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą, która stanowić będzie załącznik do umowy dostawy ?

Odpowiedź. Zamawiający zawrze dodatkową umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych z Wykonawcą, która stanowić będzie załącznik do umowy dostawy.

3) W przypadku odpowiedzi pozytywnej na pytanie nr 2), czy Zamawiający wyrazi zgodę aby stosowna umowa została zawarta na wzorze Wykonawcy ?

Odpowiedź. Nie

4) W przypadku odpowiedzi negatywnej na pytanie nr 3), prosimy o udostępnienie na stronie internetowej Zamawiającego wzoru umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

Odpowiedź. Zamawiający udostępni umowę powierzenia na stronie internetowej.

23. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„1. Wykonawca oświadcza, iż przyjął Kodeks Etyczny Grupy Kapitałowej (Kodeks) w skład której wchodzi Wykonawca.

2. Zamawiający zgadza się respektować i przestrzegać postanowień Kodeksu, zamieszczonego na stronie internetowej Dostawcy: http://*

3. Każde naruszenie wymogów określonych w Kodeksie daje prawo Wykonawcy do rozwiązania Umowy”

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

24. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

1. Wykonawca XXX przyjął wytyczne Grupy Kapitałowej w skład której wchodzi Wykonawca XXX dotyczące zgodności na poziomie międzynarodowym w zakresie korporacyjnej odpowiedzialności karnej podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary” (dalej Wytyczne), których treść znajduje się na stronie www pod następującym linkiem (**).

2. Zamawiający niniejszym oświadcza, że zapoznał się z Wytycznymi.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

25. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula salwatoryjna

1. Strony oświadczają iż w przypadku, gdy którekolwiek z postanowień Umowy, z mocy prawa lub ostatecznego albo prawomocnego orzeczenia jakiegokolwiek organu administracyjnego lub sądu, zostaną uznane za nieważne lub nieskuteczne, pozostałe postanowienia Umowy zachowują pełną moc i skuteczność.

2. Postanowienia Umowy nieważne lub nieskuteczne, zgodnie z ust. 1 zostaną zastąpione, na mocy Umowy, postanowieniami ważnymi w świetle prawa i w pełni skutecznymi, które wywołują skutki prawne zapewniające możliwie zbliżone do pierwotnych korzyści gospodarcze dla każdej ze Stron.

3. Jeżeli postanowień Umowy nie da się zastąpić postanowieniami ważnymi i w pełni skutecznymi albo jeżeli okaże się, że Umowa zostanie uznana za nieważną bądź nieskuteczną wówczas Strony zawrą porozumienie w przedmiocie przeniesienia własności przedmiotu umowy na zamawiającego za zaliczeniem ceny zapłaconej wykonawcy przez zamawiającego z tytułu przeniesienia własności przedmiotu umowy.”

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

26. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula reklamacyjna

1. Zamawiającemu przysługuje prawo złożenia reklamacji na działalność lub usługi świadczone przez Dostawcę, w części dotyczącej usługi finansowej lub rozliczeń pieniężnych.

2. Reklamacje mogą być składane wyłącznie w następujących formach:

1) ustnie:

a. w formie telefonicznej pod następującym numerem: +48 xxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

2) w formie pisemnej:

a. przesyłką pocztową na adres korespondencyjny: xxxxxxxxxxxxxx.

b. osobiście w siedzibie Dostawcy – Dział Compliance oraz AML.

3) pocztą elektroniczną na następujące adresy e-mail: xxxxxxxxxxxxxx.

3. Reklamacje mogą być składane przez Zamawiającego osobiście lub za pośrednictwem kuriera, pośtańca lub pełnomocnika dysponującego pełnomocnictwem w formie zwykłej.

4. Na żądanie Zamawiającego Dostawca potwierdza wpływ reklamacji pisemnie (przesyłką pocztową) lub pocztą elektroniczną lub w innej formie uprzednio uzgodnionej z Dostawcą.

5. Dostawca rozpatruje zgłoszoną reklamację niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 30 dni od jej otrzymania. W przypadku, gdy z uwagi na złożoność sprawy rozpatrzenie reklamacji nie będzie możliwe w terminie 30 dni, Dostawca poinformuje o tym Zamawiającego, wskazując:

1) przyczyny braku możliwości dotrzymania terminu 30 dni na rozpatrzenie reklamacji,

2) okoliczności wymagające wyjaśnienia,

3) ostateczny termin udzielania odpowiedzi na reklamację, który nie może być dłuższy niż 60 dni od dnia otrzymania reklamacji.

6. Dostawca może zwrócić się do Zamawiającego o dostarczenie dodatkowych danych kontaktowych lub informacji oraz posiadanej przez Zamawiającego dokumentacji dotyczącej składanej reklamacji, jakie mogą okazać się niezbędne w celu sprawnego przeprowadzenia procesu rozpatrywania reklamacji.

7. Odpowiedź na reklamację Zamawiającego zostanie udzielona przez Dostawcę w postaci papierowej (przesyłką pocztową) lub za pomocą innego trwałego nośnika informacji albo pocztą elektroniczną, z zastrzeżeniem, że Dostawca udzieli odpowiedzi na reklamację pocztą elektroniczną wyłącznie na wniosek Zamawiającego.
8. W przypadku niedotrzymania przez Dostawcę terminu przewidzianego na rozpatrzenie reklamacji, reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Zamawiającego.
9. Zamawiający niezadowolony z wyjaśnień uzyskanych w odpowiedzi Dostawcy na reklamację ma możliwość wystąpić z:
 - 1) wnioskiem do Rzecznika Finansowego o rozpatrzenie sprawy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym. Szczegółowe informacje dot. Rzecznika Finansowego dostępne są na stronie internetowej: <https://rf.gov.pl/>.
 - 2) powództwem przeciwko Dostawcy do właściwego sądu powszechnego.

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

27. W związku ze standardami korporacyjnymi obowiązującymi u Wykonawcy prosimy o wyrażenie zgody na wprowadzenie do umowy następujących zapisów:

„Klauzula ochrony danych osobowych

Kontrahent niniejszym przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że jego Dane Osobowe umieszczone są w zasobach Spółki wraz z innymi danymi i informacjami pozyskanymi przez Spółkę w celu zawarcia, wykonania umowy oraz do dochodzenia roszczeń związanych z zawartą umową na podstawie art. 6 pkt 1 (b) Rozporządzenia (EU) 2016/679, jak również – za jego zgodą – w celach promocyjnych i komercyjnych na podstawie art. 6 pkt 1 (a) Rozporządzenia (EU) 2016/679 (takich jak przesyłanie newslettera z informacjami na temat oferowanych usług oraz zaproszeń na wydarzenia i konferencje organizowane przez Spółkę). Dostarczanie Danych w celu wywiązania się z wymogów regulacyjnych i kontraktowych jest obowiązkowe; ich niespełnienie uniemożliwi zawarcie umowy lub wykonanie usług z niej wynikających. „

Dostarczenie danych osobowych w celach promocyjnych i komercyjnych jest dobrowolne i nie podlega żadnym konsekwencji w przypadku odmowy. Dane osobowe i informacje procesowane celem wykonania umowy mogą zostać ujawnione osobom trzecim – a zwłaszcza dostawcom usług w celu dochodzenia i administrowania wierzytelnościami, bankom w celach wykonania płatności a także organom administracyjnym celem spełnienia wymogów nadzorczych i regulacyjnych, w tych samych celach, dla których zostały zebrane.

Dane osobowe będą przechowywane w całości w pełnym okresie czasu wykonania kontraktu, a następnie przechowywane będą przez okres 6 lat celem spełnienia wymogów prawnych. Dalsze przechowywanie danych osobowych lub ich części może mieć miejsce celem egzekwowania i obrony swoich praw we wszelkich możliwych sprawach, a w szczególności w postępowaniach sądowych.

Na mocy art. 15 i nast. rozporządzenia UE 2016/679, Kontrahent ma prawo uzyskać – między innymi – potwierdzenie istnienia danych osobowych jak również sposobu i celów ich procesowania, oraz prawo aktualizacji, zmian i nienaruszalności danych. Klient może się również sprzeciwić procesowaniu dotyczących go Danych Osobowych i uzyskać ich wykasowanie, poza przypadkami, w których ich zachowanie wymagane jest na mocy prawa.

Administratorem jest xxxxxxx, z siedzibą przy xxxxxx, który wyznaczył Dyrektora Działu Informatyki Koordynatorem do spraw Ochrony Prywatności, zlokalizowanym w siedzibie głównej firmy, do którego Kontrahent może zwrócić się w celu egzekwowania swoich praw.

Inspektorem Ochrony Danych, wyznaczonym w myśl postanowień Rozporządzenia UE 2016/679 przez Administratora, jest xxxxxx.

W celu egzekwowania wspomnianych praw, Kontrahent winien kontaktować się z Administratorem listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na podany adres lub na adres mailowy xxxx.

Kontrahent ma prawo złożyć skargę do organu nadzorczego, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że przetwarzanie Danych Osobowych dotyczących Klienta narusza przepisy Rozporządzenia UE 2016/679;

Kontrahent wyraża zgodę / nie wyraża zgody (opcja) na procesowanie Danych Osobowych przez Spółkę również w celach komercyjnych i promocyjnych (takich jak wysyłanie newsletterów dostarczających informacje na temat oferowanych usług, jak również zaproszenia na wydarzenia i konferencje Spółki).

Spółka zobowiązuje się, jednakże, używać danych należących do kontrahenta w sposób poufny, przez wyznaczony personel.”

Odpowiedź. Zamawiający nie wyraża zgody.

II. Wyjaśnienia i wprowadzone zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Zamawiający poprawioną umowę zamieści na stronie internetowej www.bip.wspritsplock.pl.

III. **Jednocześnie Zamawiający informuje, że pozostałe zmiany SIWZ pozostają bez zmian.**

*Z-ca Dyrektora
ds. Medycznych
lek. med. Piotr Rykowski*

.....
(Podpis Kierownika Zamawiającego)