



TZPIZI.250/.....<sup>514</sup>..... /15

Płock, dnia 12.02.2015 r.

**DO WYKONAWCÓW**

**Dotyczy: zakupu sprzętu medycznego jednorazowego użytku w roku 2015 dla SPZOZ WSPRiTS w Płocku, oznaczone znakiem: TZPIZI-ZO.250/04/D/15.**

Zamawiający zawiadamiam, że w dniu 11.02.2015 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści zapytania ofertowego dotyczący:

Pytania od Wykonawcy:

**Zadanie 1**

**Pozycja 1-8**

Czy Zamawiający wymaga cewników do odsysania górnych dróg oddechowych o powierzchni zmrożonej, z otworem centralnym i dwoma naprzeciwległymi otworami bocznymi zapobiegającym zassaniu śluzówki, posiadające barwne i numeryczne oznakowanie cewnika na konektorze?

**Odpowiedź.**

Nie ale Zamawiający dopuści cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych przedstawione w pytaniu jeżeli zostaną zaoferowane.

**Pozycja 53**

Czy Zamawiający wymaga kaniul wykonanych z PTFE widoczne w usg rozmiar 24Gx0,7 o długości 19mm, o max. przepływie 13ml/min, zdejmowany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia?

**Odpowiedź.**

Nie ale Zamawiający dopuści kaniule przedstawione w pytaniu jeżeli zostaną zaoferowane.

**Pozycja 58,59,60**

Czy Zamawiający ma na myśli kaniule bezpieczne wykonane z biokompatybilnego poliuretanu, posiadające osłonkę która po aktywacji całkowicie chowa igłę wewnątrz mechanizmu zabezpieczającego minimalizując ryzyko zadrapania się oraz rozprysku krwi podczas aktywacji, igła zostaje bezpiecznie schowana w plastikowej osłonce o gładkich krawędziach.

**Odpowiedź.**

Tak. Zamawiający miał na myśli kaniule opisane w pytaniu.

**Pozycja 89-91**

Prosimy o dopuszczenie czerwonych pojemników na zużyte igły i odpady medyczne zgodnie z Ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r oraz aktualnym rozporządzeniem.

**Odpowiedź.**

Tak. Zamawiający dopuszcza pojemniki zgodnie z ustawą o odpadach.

### **Pozycja 99**

Czy Zamawiający wymaga masek krtaniowych jednorazowego użytku z mankietem powietrznym, ciśnienie uszczelnienia w ustnej części gardła do 37 cm H<sub>2</sub>O dające możliwość wentylacji w czasie zabiegu wyższymi ciśnieniami dodatnimi w drogach oddechowych, z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, posiadająca dodatkowy wbudowany kanał gastryczny umożliwiający wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski, rozmiary sond 6-14 Fr w tym minimum 14 Fr dla roz. 3 ; 4 i 5. Maski o wyprofilowanej anatomicznie 90 stopni krzywiznie rurki oddechowej z wbudowaną blokadą zgryzu. Maski posiadająca **uchwyt pomocniczy** pełniący rolę wskaźnika położenia ułatwiający wprowadzenie maski oraz ułatwiający jej zamocowanie po założeniu.

#### **Odpowiedź.**

Tak. Zamawiający wymaga masek krtaniowych jednorazowego użytku z mankietem powietrznym, ciśnienie uszczelnienia w ustnej części gardła do 37 cm H<sub>2</sub>O dające możliwość wentylacji w czasie zabiegu wyższymi ciśnieniami dodatnimi w drogach oddechowych, z luźnym niewbudowanym drenem do napełniania mankieta co chroni przed możliwością przypadkowego przegryzienia poprzez dowolne oddalenie drenu od zębów pacjenta, **jednak nie wymaga** dodatkowo wbudowanego kanału gastrycznego umożliwiającego wprowadzenie sondy do żołądka we wszystkich rozmiarach maski, rozmiary sond 6-14 Fr w tym minimum 14 Fr dla roz. 3 ; 4 i 5. Maski o wyprofilowanej anatomicznie 90 stopni krzywiznie rurki oddechowej z wbudowaną blokadą zgryzu. Maski posiadająca **uchwyt pomocniczy** pełniący rolę wskaźnika położenia ułatwiający wprowadzenie maski oraz ułatwiający jej zamocowanie po założeniu.

### **Pozycja 110**

Czy Zamawiający ma na myśli zestaw położniczy przeznaczony typowo do użytkowania w Ratownictwie Medycznym składający się z 3 pakietów:

Pakiet A zawiera:

- 2 pary sterylnych rękawiczek
- 1 sterylny podkład
- 1 sterylna serwetka wierzchnia
- 2 sterylne ręczniki do rąk.

Pakiet B zawiera:

- 4 sterylne tampony
- 1 sterylna gruszka
- 2 sterylne klemy pępowinowe
- 2 sterylne zapasowe zaciski
- 1 para sterylnych nożyczek

Pakiet C zawiera:

- 1 sterylna wyściółka
- 2 antyseptyczne rękawiczki
- 1 kocyk dla noworodka
- 1 pieluszka
- 1 plastikowa torba na łóżysko.

#### **Odpowiedź.**

Tak. Zamawiający miał na myśli zestaw położniczy opisany w pytaniu.

### **Zadanie 2**

#### **Pozycja 2**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawiczek nitrylowych pakowanych a'200szt z odpowiednim przeliczeniem ilości tj. 500 opakowań a' 200szt.

#### **Odpowiedź.**

Tak. Zamawiający dopuszcza zaofertowane rękawiczki w pytaniu.

### **Zadanie 3**

**Pozycja 1**

Czy Zamawiający ma na myśli elektrodę w rozmiarze 48mmx 34mm?

**Odpowiedź.**

Nie. Zamawiający miał na myśli rozmiar elektrody 57mmx34mm.

**Pozycja 2**

Czy Zamawiający oczekuje elektrod ze stykiem chlorosrebrowy (Ag/ AgCl) ze złączem zatrzaskowym, podłoże piankowe z hydrożelem stałym (receptura „szybka”) o średnicy 35mm?

**Odpowiedź**

Tak Zamawiający oczekuje takich elektrod.

**Pozycja 3**

Czy Zamawiający ma na myśli 10 par elektrod czy 10 szt elektrod czyli 5 par po 2 sztuki.

**Odpowiedź**

Zamawiający miał na myśli 10 opakowań elektrod (2 sztuki w opakowaniu).

**Pozycja 4**

Czy Zamawiający ma na myśli 15 par elektrod?

**Odpowiedź**

Zamawiający miał na myśli 15 opakowań elektrod (2 sztuki w opakowaniu).

**Pozycja 3,4**

Czy Zamawiający oczekuje oryginalnych elektrod zalecanych przez producenta defibrylatora?

**Odpowiedź**

Tak.

**Zadanie 4****Pozycja 3**


Czy Zamawiający oczekuje oryginalnego papieru do drukarki w defibrylatorze Lifepak 12 zalecanego przez producenta urządzenia.

**Odpowiedź**

Tak.

Informujemy, że stanowisko Zamawiającego zostało zamieszczone na stronie internetowej [www.bip.wspritsplock.pl](http://www.bip.wspritsplock.pl).

Z-ca DYREKTORA  
ds. Medycznych

  
lek. med. Piotr Rykowski