



TZPiZI.250/...<sup>1939</sup>/17

Płock, dnia 24 maja 2017 roku

WYKONAWCY  
ZAPYTANIA OFERTOWEGO

**Dotyczy:** zapytania ofertowego na usługę pod nazwą przegląd okresowy i naprawa sprzętu medycznego w 2017 i 2018 roku (24 miesiące). **ZNAK: TZPiZI-ZO.250/09/U/17.**

Zamawiający informuje, że w związku z ogłoszeniem przedmiotowego zapytania ofertowego wpłynęły kolejne pytania, których treść przekazujemy poniżej wraz z odpowiedziami.

**Pytanie nr 1 : dotyczy zadania nr 4, respiratory firmy Weinmann**

Firma Medline Sp. o.o. , zwraca się z prośbą o podanie numerów seryjnych oraz roku produkcji respiratorów Medumat Basic P, produkcji Weinmann Emergency Medical Technology GmbH+ Co.KG.

**Odpowiedź:** Zamawiający podaje poniżej numery seryjne i rok produkcji respiratorów:

- Medumat Basic P nr 1499 z 2004r.
- Medumat Basic P nr 1180 z 2000r.
- Medumat Basic P nr 1174 z 2000r.
- Medumat Standard A nr 9181 z 2012r.

**Pytanie nr 2 : dotyczy zadania nr 4, respiratory firmy Weinmann**

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów i ssaków Weinmann Emergency Medical Technology GmbH+ Co.KG , wszystkie naprawy oraz przeglądy techniczne wykonywać **może jedynie autoryzowany serwis oraz upoważnieni do tego przez producenta serwisanci.**

Czy w związku z powyższym zamawiający będzie wymagał przedstawienia przez wykonawcę odpowiednich autoryzacji?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie będzie wymagał przedstawienia przez Wykonawcę posiadania autoryzacji producenta.

**Pytanie nr 3: Dotyczy – zadania nr 4 – respiratory Medumat produkcji Weinmann Medical Technology GmbH+ Co.KG**

Zgodnie z zaleceniami producenta respiratorów Medumat, firmy Weinmann Medical Technology GmbH+ Co.KG, podczas przeglądów wyżej wymienionego sprzętu należy po każdym 2 latach użytkowania wymieniać zestawy przeglądowe zależne od roku produkcji respiratora.

Czy Zamawiający wymaga, aby zgodnie ze wskazaniem producenta zestawy zostały wymienione podczas przeglądu?

Wymiana zestawów przeglądowych jest niezbędnym warunkiem, aby urządzenia zostały dopuszczone do dalszej eksploatacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby podczas przeglądu były wymienione zestawy przeglądowe, które będą rozliczane dodatkową ofertą.

**Pytanie nr 4: Dotyczy § 4 wzoru umowy ust. 7a)**

Prosimy Zamawiającego o zmianę zapisu na następujący:

„Z tytułu niedostarczenia zastępczego sprzętu medycznego na czas serwisu lub naprawy, jeśli przewidywane prace serwisowe lub naprawa potrwać dłużej niż 21 dni roboczych, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,5 % łącznej wartości umowy wymienionej w § 3 ust. 3 pkt. 3.1 za każdy dzień opóźnienia”

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

**Pytanie 5 -** Czy zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował dokumentacją serwisową opracowaną przez producenta sprzętu, która stanowi podstawę do prawidłowego wykonania przeglądu technicznego?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby dysponował dokumentacją serwisową opracowaną przez producenta sprzętu.

**Pytanie 6 -** Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu sprawdzenia uprawnień Wykonawcy do prowadzenia serwisu oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z formularza cenowego zadanie nr 5 autoryzacji producenta na wykonywanie usług serwisowych?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga posiadania autoryzacji producenta.

**Pytanie 7 -** Czy Zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji wiedzy i doświadczenia Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z formularza cenowego zadanie nr 5, imiennych certyfikatów ze szkoleń serwisowych na urządzenia objęte zamówieniem wystawionych przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis? Tylko specjalistyczne szkolenie odbyte u producenta sprzętu medycznego w sposób wystarczający zapewnia posiadanie wiedzy i umiejętności do wykonania czynności serwisowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga posiadania imiennych certyfikatów ze szkoleń serwisowych na urządzenia objęte zamówieniem wystawionych przez producenta sprzętu lub autoryzowany serwis, ale jeżeli zostaną dołączone wymienione dokumenty do oferty Zamawiający przyjmie taką ofertę do oceny.

**Pytanie 8 -** Czy zamawiający zgodnie z ustawą o wyrobach medycznych w celu weryfikacji potencjału technicznego Wykonawcy dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów będzie wymagał od wszystkich Wykonawców dla urządzeń z formularza cenowego zadanie nr 5, przedstawienia: listy urządzeń kontrolno- pomiarowych do sprawdzania aparatury medycznej wraz z aktualnymi dokumentami kalibracji? Urządzenia powinny być zgodne z listą urządzeń wymienionych w instrukcji wykonania przeglądów opracowanej przez producenta sprzętu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wymaga przedstawienia listy urządzeń kontrolno- pomiarowych do sprawdzania aparatury medycznej wraz z aktualnymi dokumentami kalibracji.

**Pytanie 9 -** Czy Zamawiający dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjentów oraz zgodności zapisów z instrukcji obsługi urządzenia będzie wymagał od wszystkich Wykonawców do przeprowadzenia przeglądów i napraw użycia tylko oryginalnych części zamiennych ?

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga zapewnienia przez Wykonawcę oryginalnych części zamiennych. Za zgodą Zamawiającego dopuszcza się użycie tzw. zamienników, ale posiadających akceptację producenta danego sprzętu medycznego. Części zamienne użyte do naprawy wymagane są nowe

i pełnowartościowe oraz spełniające parametry techniczne i jakościowe określone Polskimi Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Materiały eksploatacyjne użyte w czasie wykonywania usługi muszą odpowiadać wszystkim warunkom i wymogom określonym przez producenta sprzętu.

**Pytanie 10** - W zadaniu 5 znajdują się pompy firmy Fresenius. Według zapisów w instrukcji obsługi w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa użytkowników i pacjentów pompy powinny mieć wymieniony akumulator co 36 miesięcy. Czy Zamawiający wymieniał w pompach w przeciągu ostatnich 3 lat podczas przeglądu akumulatory?

**Odpowiedź:** Zamawiający informuje, że akumulatory wymienione były roku 2017.

**Pytanie 11** - Ustawa o wyrobach medycznych celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa pracy personelu medycznego i pacjenta wymaga przeprowadzenia przeglądów technicznych zgodnie z wymogami producenta. Czy zamawiający wymaga od wszystkich Wykonawców aby w ramach procedury przeglądowej zgodnej z wymogami producenta dla urządzeń z formularza cenowego zadanie nr 5 zostały wymienione części zużywalne według harmonogramu podanego w instrukcji obsługi? Tylko wykonanie pełnej procedury przeglądowej zgodnie z zaleceniami producenta gwarantuje bezpieczeństwo pracy aparatu.

**Odpowiedź:** Zamawiający wymaga, aby przeglądy odbywały się zgodnie z instrukcją i zaleceniami producenta urządzenia.

**Pytanie 12** - Przeglądy techniczne opisane w dokumentacji technicznej producenta wymagają wymiany części eksploatacyjnych. Czy Zamawiający dla zapewnienia porównywalności ofert różnych Wykonawców zgodzi się dla urządzeń z formularza cenowego zadanie nr 5 na dodanie wymogu wymiany części eksploatacyjnych według nr katalogowych producenta, zgodnych z instrukcją obsługi urządzenia, według listy poniższej. Części te mają być wyszczególnione dalej w raporcie serwisowym i na fakturze. Wymóg ten będzie obowiązywał wszystkich Wykonawców

Zadanie 5 pompy infuzyjne INIECTOMAT AGILIA

Z/178130	BATTERY AA2B 1,7AH	szt	1
----------	--------------------	-----	---

Zadanie 5 inkubator Globe Troter z respiratorem STEPHAN

MU16037	SUCTION EXTRACTOR	szt	4
MU16038	FILTER,BACTERIA,6MM INNER SIDE	szt	4
MX08778	O-ring 4 x 1.5	szt	8
MU03698	BATTERY,NI-MH,RECHRG,7.2V	szt	1
MU06051	FAN MOTOR REPL KIT,TI500	szt	1
MU16052	BATTERY,12V,RECHRG,MARKED	szt	1

**Odpowiedź:** Zamawiający podtrzymuje zapisy zapytania ofertowego.

Pozostałe zapisy zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Starsza pielęgniarka ds. gospodarki

lekami i sprzętem medycznym

*Teresa Samoraj*  
Teresa Samoraj

Z-ca DYREKTORA

*Piotr Rykowski*  
lek. med. Piotr Rykowski