



TZPIZI.3813/...../14

Płock, dnia 06.02.2014 r.

## **Do Wykonawców**

### **Forma powiadomienia:**

*Tablica ogłoszeń; strona internetowa.*

**Dotyczy:** postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:  
**sukcesywny zakup sprzętu medycznego jednorazowego użytku w roku 2014**  
**(w okresie 12 miesięcy) Oznaczone znakiem: TZPIZI-3813/01/D/14**

## **WYJAŚNIENIE SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) zawiadamiam, że w dniu 05.02.2014 r. wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczący:

### **Pytania od Wykonawcy 1.**

#### **Zadanie 2 - Zakup rękawic jednorazowego użytku.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o odstąpienie od wymogu oznakowania Polską normą PN-EN na rzecz przedłożenia dokumentów potwierdzających zgodność z europejskimi normami oznakowanymi EN (odpowiednio do podanych norm w pkt. 4.3.1-4.3.5 SIWZ np. EN 455, EN 374), które są pierwowzorem norm PN-EN. Jeśli Wykonawca oferuje rękawice producenta spoza Polski, to jego produkt spełnia normy europejskie, a nie normy polskie, stanowiące przeniesienie norm europejskich do prawa krajowego, także wymóg spełnienia norm PN-EN ograniczy grono wytwórców rękawic wyłącznie do polskich firm i zawęzi grono wykonawców, do firm które sprzedają rękawice jako OEM, a jest to sprzeczne z art. 7 ust. 1 ustawy Pzp.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający odstępuje od wymogu zgodności rękawic z normą PN-EN 1789. na rzecz przedłożenia dokumentów potwierdzających zgodność z europejskimi normami oznakowanymi EN np. EN 455, EN 374.

#### **Zadanie 3 poz. 1 - Elektrody EKG**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 1 elektrody EKG dla dorosłych z żelom stałym, na podłożu piankowym, owalną, z języczkiem ułatwiającym aplikacje.

#### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuści zaoferowanie w poz. 1 zadania „Zakup Elektrody EKG” elektrody opisane w pytaniu.

## **Zadanie nr 7 - Papiery rejestracyjne**

**Poz. 1** - Czy Zamawiający oczekuje papieru w rozmiarze 104x40 mm z nadrukiem, jeżeli nie prosimy o podanie wymaganego rozmiaru.

**Poz. 2** - Czy Zamawiający oczekuje papieru w rozmiarze 60x25 mm z nadrukiem, jeżeli nie prosimy o podanie wymaganego rozmiaru.

**Poz. 3** - Czy Zamawiający wymaga papieru w rozmiarze 50x30 mm czy 107x23.

### **Odpowiedź**

Wyjaśniam, że ta Część/zadanie to nr – 4 o nazwie Zakup papieru do aparatów EKG a nie jak zapisano w pytaniu „**Zadanie nr 7 - Papiery rejestracyjne**”

**Poz. 1** Tak Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem w rozmiarze 104 mm x 40

**Poz. 2** Tak Zamawiający oczekuje papieru z nadrukiem w rozmiarze 60 mm x 25

**Poz. 3** Tak Zamawiający wymaga papieru **oryginalnego** z nadrukiem w rozmiarze 107 mm x 23

### **Wzór umowy § 2 ust 2**

Prosimy o wydłużenie terminu dostaw do 5-7 dni. Bardzo krótki (2 dni) termin dostaw przewidziany w SIWZ faworyzuje lokalnych dostawców i tym samym narusza zasadę równego traktowania wykonawców. Dla pozostałych koniecznością poniesienia dodatkowych kosztów.

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuści wydłużenie terminu realizacji częściowych dostaw do 96 godzin (4 dni). Powyższy zapis zostanie zmieniony odpowiednio w umowie.

### **Pytania od Wykonawcy 2.**

#### **Zadanie 2 poz. 1-3.**

Zwracamy się z prośbą o odstąpienie od wymogu zgodności rękawic z normą PN-EN 1789. Polska Norma PN-EN 1789:2008 „pojazdy medyczne i ich wyposażenie – ambulanse drogowe” określa wymagania dla kategorii ambulansów drogowych wyznaczonych na podstawie wzrastającego poziomu leczenia, które może być wykonane.

### **Odpowiedź**

Zamawiający odstępuje od wymogu zgodności rękawic z normą PN-EN 1789. na rzecz przedłożenia dokumentów potwierdzających zgodność z europejskimi normami oznakowanymi EN np. EN 455, EN 374.

### ***Powyższa odpowiedź nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.***

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej [www.bip.wspritsplock.pl](http://www.bip.wspritsplock.pl).

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma zgodnie z warunkami określonymi w § 7 ust. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia „*Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji przekazanej faksem (art. 27. ust. 2 ustawy P.z.p.) poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego*” - **24/ 26-78-415.**

**DYREKTOR**

SP ZOZ

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia/Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego w Płocku

.....  
mg (Zamawiający) ka