



Płock dnia 17.04.2008r.

TZPiZI.3813/08/D/08

WYKONAWCY

wszyscy

Forma przekazania

Tablica ogłoszeń.

Strona internetowa Zamawiającego.

ODPOWIEDŹ

na zapytanie w sprawie SIWZ

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 17.04.2008r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

„dostawę ambulansu przystosowanego do przewozu chorych dializowanych”.

Treść wspomnianego zapytania jest następująca:

Pytanie 1.

Czy dopuście Państwo na zasadzie równoważności zaoferowanie ambulansu o wysokości przedziału medycznego 1850mm, dł. 3134mm, szer. 1730 mm co jest zgodne z wymogami normy PN-EN 1789?

Pytanie 2.

Czy Zamawiający dopuści ambulans z silnikiem o mocy 120 KM?

Pytanie 3.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby dostarczony ambulans był w kolorze srebrny metalik?

Pytanie 4.

Czy Zamawiający dopuści ambulans wyprodukowany w roku 2007 z zabudową medyczną z 2008r.?

Pytanie 5.

Czy Zamawiający wymaga dostarczenia homologacji dla ambulansu przystosowanego do przewozu chorych dializowanych?

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

Pytanie 1. – Nie.

Pytanie 2. – Nie.

Pytanie 3. – Nie.

Pytanie 4. – Nie.

Pytanie 5. – Tak.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i umieszczone na stronie internetowej www.bip.wspritsplock.pl

Zamawiający

Z up. DYREKTORA WSPRITS w Płocku
Z-ca DYREKTORA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych


mgr Beata Łykowska