



Płock dnia 07.02.2008r.

TZPiZl.3813/01/D/08

## WYKONAWCY

### ODPOWIEDŹ

#### na zapytanie w sprawie SIWZ

*Szanowni Państwo,*

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 05.05.2008r. do Zamawiającego wpłynęła prośba o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, w postępowaniu prowadzonym na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego, na:

**„zakup oraz sukcesywne dostawy sprzętu medycznego jednorazowego użytku”**

Treść wspomnianego zapytania jest następująca:

***Pytanie nr 1 dotyczy poz. 46-49***

***Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podania ceny jednostkowej za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w celu sztucznego nie zawyżania ceny.***

***Pytanie nr 2 dotyczy poz. 50-54***

***Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania kaniuli w skali międzynarodowej z tolerancją +/- 0,1 mm***

***Pytanie nr 3 poz. 58-62***

***Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podania ceny jednostkowej za opakowanie 100szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w celu sztucznego nie zawyżania ceny.***

***Pytanie nr 4 dotyczy poz. 63***

***Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania elektrody o rozmiarze F 50mm***

***Pytanie nr 5 dotyczy poz. 67***

***Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania maski oddechowej z rezerwuarem występującej w dwóch standardowych rozmiarach dla dorosłych i dla dzieci.***

***Pytanie nr 6 dotyczy. Poz. 65-66***

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania maski oddechowej z drenem (poz. 65) i nebulizatorem (poz. 66) występującej w dwóch standardowych rozmiarach dla dorosłych i dla dzieci.

**Pytanie nr 7 dotyczy poz. 81**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania pojemników na zużyte igły 0,7l zamiast 0,5 l.

**Pytanie nr 8 dotyczy poz. 82 i 83**

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania strzykawki 50ml o rozszerzonej skali do 60ml.

**Pytanie nr 9 dotyczy poz. 85 i 86**

Zwracam się do Zamawiającego o podanie długości przedłużacza.

**Pytanie nr 10 dotyczy poz. 88**

Zwracamy się do Zamawiającego o sprecyzowanie długości sondy żołądkowej czy ma być na 800, 1000 czy 1250

**Pytanie nr 11 dotyczy poz. 90**

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie podania ceny jednostkowej za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w celu sztucznego nie zawyżania ceny.

**Pytanie nr 12 dotyczy poz. 95**

Zwracamy się do Zamawiającego o podanie długości przewodu w kranikach czy ma być 7cm, 10cm, 15cm, 20cm, 25cm, 50cm, 100cm.

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego w przedmiotowej kwestii jest następujące:

**Ad. 1 Tak dopuszczamy podanie ceny jednostkowej za opakowanie 100 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości w celu sztucznego nie zawyżania ceny.**

**Ad.2 Tak dopuszczamy zaoferowanie kaniuli w skali międzynarodowej Gaude z tolerancją +/- 01,mm**

**Ad.3 Tak**

**Ad. 4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie samoprzylepnych elektrod dla dorosłych.**

**Ad. 5 Nie Zamawiający podtrzymuje rozmiary zapisane w SIWZ.**

**Ad. 6 Nie Zamawiający podtrzymuje rozmiary zapisane w SIWZ.**

**Ad. 7 Tak**

**Ad. 8 Tak**

**Ad. 9. Przedłużacz nie krótszy niż 150 cm.**

**Ad. 10 Sonda żołądkowa o długości 800**

**Ad.11 Tak**

**Ad. 12 Długość przewodu w kranikach nie krótszy niż 25 cm.**

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich Wykonawców, którym przekazano SIWZ i umieszczone na stronie internetowej [www.bip.wsprijsplock.pl](http://www.bip.wsprijsplock.pl)

Zamawiający