



TZPIZI.3813/...../13

Płock, dnia 18.03.2013 r.

Do wszystkich Wykonawców

Forma powiadomienia:

Tablica ogłoszeń; strona internetowa.

Dotyczy: dostawy pięciu sztuk specjalistycznych ambulansów medycznych typ C.
Oznaczenie postępowania TZPIZI-3813/02/D/13

WYJAŚNIENIE

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) zawiadamiam, że w odpowiedzi na pytania z dnia 15.03. 2013 r. znak TZPIZI.3813/987/13 w pytaniu 22 Zamawiający **odpowiedział niejednoznacznie** i dlatego jeszcze raz przesyłam prawidłową odpowiedź która brzmi:

Pytanie 22

Czy Zamawiający dopuszcza lawetę przebadaną na przeciążenia 10g o wadze zgodnej z norma PN EN 1789 powyżej 100kg?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie ale nie wyraża zgody na wagę powyżej 100kg (zgodnie z odpowiedzią na pytanie w pkt.16).

Powyższa odpowiedź nie stanowi zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Informujemy, że zgodnie z wymogiem art. 38 ust. 2 ustawy, stanowisko Zamawiającego zostało przekazane do wszystkich wykonawców, którym przekazano SIWZ oraz zostało zamieszczone na stronie internetowej www.bip.wspritsplock.pl.

Na podstawie art. 27 ust. 2 ustawy Pzp. proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszego pisma zgodnie z warunkami określonymi w § 7 ust. 3 specyfikacji istotnych warunków zamówienia „Zamawiający wymaga niezwłocznego potwierdzenia przez Wykonawcę faktu otrzymania każdego oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji przekazanej faksem (art. 27. ust. 2 ustawy P.z.p.) poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego” - **24/ 26-78-415.**

Z-ca DYREKTORA
ds. Technicznych-Eksploatacyjnych


Mr. Benedykt Łykowski

.....
(Zamawiający)