



Pismo:TZPiZl.3813/09/D/08

Płock, dnia 19.05.2008r.

WYKONAWCY

Wszyscy

Forma przekazania:
Internet, tablica ogłoszeń.

INFORMACJA

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Szanowni Państwo,

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U z 2007r. Nr 223. poz. 1655 z póź. zm.)

na

„dostawę ambulansu przystosowanego do przewozu chorych dializowanych”.

Działając na podstawie art. 92 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 233, poz. 1655), Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu jako najkorzystniejszą według kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wybrano **Ofertę Nr 1 złożoną przez firmę**

**AMZ – KUTNO Sp. z o.o.
ul. Skłęczkowska 18
99-300 Kutno**

Uzasadnienie wyboru.

Komisja przetargowa po sprawdzeniu oferty stwierdza, że oferta nie odrzucona spełnia wszystkie kryteria zawarte w SIWZ i jest ofertą najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Jej wartość nie przekracza kwoty oszacowania zamówienia podanej przed otwarciem ofert. Komisja przetargowa proponuje zawarcie umowy z wyżej wymienioną firmą.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż z postępowania nie wykluczono żadnego z Wykonawców.

Ponadto Zamawiający informuje, iż z przedmiotowego postępowania została **odrzucona** na podstawie art. 89 ust 1 pkt 2 i pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655) **oferta nr 2** firmy „RATOWNIK” M. Wnorowski 02-606 Warszawa, ul. Odyńca 55 lok. 10.

Uzasadnienie:

Zamawiający był zobowiązany odrzucić Państwa ofertę z następującego powodu:


- 1) Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wymagał aby wymiary przedziału pasażerskiego (sanitarnego) wynosiły odpowiednio: wysokość min. 185 cm, długość min. 325 cm, szerokość min. 175cm. Państwa firma zaoferowała Ambulans Renault Master 2,5 dCi 150 L2H2 i podała w ofercie - „wymiary wnętrza przedziału pasażerskiego (sanitarnego) - wysokość 185cm, zgodna z zapisami PN EN 1789:2007; długość 325 cm, zgodna z zapisami PN EN 1789:2007; szerokość 175 cm, zgodna z zapisami PN EN 1789:2007”. Zgodnie z wiedzą Zamawiającego pozyskaną z Państwa strony internetowej <http://www.ratownik.com.pl/>, - wymiary rzeczywiste dla Renault Master L2H2 przedziału pasażerskiego (sanitarnego) wynoszą odpowiednio: - wysokość 1850 mm, długość 3134 mm, szerokość 1730 mm. Ponieważ wymiary długość i szerokość przedziału pasażerskiego, dla tego typu pojazdu, zapisane przez Państwa w ofercie, nie pokrywają się z rzeczywistymi wymiarami oferowanego przez Państwa ambulansu Zamawiający uznał, że oferowany ambulans nie spełnia wymogów zawartych w SIWZ.
- 2) W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał podania typu zewnętrznego stopnia drzwi bocznych przesuwanych – Państwo w oferowanych parametrach nie podajecie typu zewnętrznego stopnia drzwi bocznych przesuwanych.
- 3) W opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wymagał uzgodnienia kolor tapicerki przedziału medycznego (ściany i sufit) – Państwo w ofercie nie potwierdzacie, że kolor tapicerki (ściany i sufit) zostanie uzgodniony z Zamawiającym.
- 4) Zamawiający wymagał aby do oferty była dołączona homologacja w wersji wariantowej przedmiotu zamówienia wraz z podstawowym opisem technicznym – Państwo dołączyliście homologację do oferty jednak z podstawowego „opisu technicznego typu pojazdu do celów homologacji” wynika, że przedstawiona homologacja nie posiada rozszerzenia o wariant jaki zamawiający opisał w przedmiocie zamówienia.

Takie postępowanie Wykonawcy zdaniem zamawiającego stanowi czyn nieuczciwej konkurencji.

Załączniki do niniejszej informacji stanowią druki ZP-12 Zbiorcze zestawienie ofert oraz ZP-21 Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert.

Jednocześnie zawiadamiamy, iż wobec czynności podjętych przez Zamawiającego w toku postępowania mają Państwo prawo wnieść protest w terminach i formie określonych w art. 180 i następnym ustawy Prawo zamówień publicznych

Zamawiający

Z up. DYREKTORA WSPRITS w Płocku
Z-ca DYREKTORA
ds. Techniczno-Exploatacyjnych

mgr Benedykt Łykowski