




**Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanitarnego w Płocku**



Płock dnia 18.11.2016 r.

TZPIZI.3813/.....<sup>3823</sup>...../16

**Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu nr  
TZPIZI.3813/06/D/16**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pn.: zakup dwóch ambulansów sanitarnych typu C wraz ze sprzętem medycznym na ich wyposażenie

- I. Działając w trybie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań na udzielone odpowiedzi wraz z wyjaśnieniami:

**Prośba o wyjaśnienie zapisów SIWZ dotyczy noszy głównych:**

W odpowiedziach na pyt 37 z dnia 17.11.2016 Zamawiający dopuścił na zasadzie równoważności z istniejącymi parametrami opisanymi tabeli umieszczonej w SIWZ „Załącznik nr 8 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia dla części 2 zamówienia. Opis przedmiotu zamówienia nosze główne z transporterem szt 2.”, nosze o opisanym w pytaniu parametrach ( parametry zdecydowanie gorsze od pierwotnie wymaganych ). Rozumiemy , że podniesione w pytaniu parametry, wyszczególnione w punktach, stanowiły problem dla oferenta który to pytanie zadał.

Parametry te nie obejmują wszystkich podanych w pierwotnej SIWZ wymagań funkcjonalnych Zamawiającego. Wymaganiami nie uwzględnionymi w pytaniu a występującymi w SIWZ jest :

„- z blokadą zabezpieczającą przed samoczynnym opadnięciem noszy w dół w sytuacji przypadkowego zwolnienia mechanizmu składającego podwozie

- transporter wyposażony w system automatycznego zwolnienia blokady podwozia (tzn. nie wymagający żadnych dodatkowych czynności) umożliwiający wjazd do karetki gdy kółka najazdowe opierają się na lawecie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie tzw automatyczna blokada uniemożliwiająca złożenie podwozia w przypadku gdy kółka najazdowe nie opierają się na lawecie a zwolniony jest mechanizm składający podwozie

- transporter wyposażony w automatyczny system składania przednich goleni (tzn. nie wymagający żadnych dodatkowych czynności) w trakcie załadunku noszy do ambulansu

- transporter wyposażony w blokadę zabezpieczającą przed jego wyjazdem z ambulansu w przypadku niepełnego rozłożenia i braku zablokowania podwozia

- z systemem automatycznego składania/rozkładania podwozia przy załadunku/rozładunku transportera do/z ambulansu nie wymagający jakichkolwiek czynności związanych ze zwalnianiem blokad, wciskania przycisków czy zwalniania dźwigni blokad itp.

- ze wskaźnikiem serwisowym wskazującym natężenie eksploatacyjne zestawu określający czas do przeglądu serwisowego np. poprzez pomiar ilości złożów transportera”

**W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie/doprecyzowanie czy w wyniku dopuszczenia jako równoważnych do analogicznych podanych w pierwotnej SIWZ funkcji, Zamawiający wymaga by zaoferowane nosze spełnienia parametry pierwotne lub ich równoważne parametry (dopuszczone w odpowiedzi na zadane pytanie ) oraz pozostałe , nie opisane w pytaniu , a wymagane w pierwotnej SIWZ parametry?**

### **Wyjaśnienie**

Zamawiający w dniu 18.11.2016 r. pismem nr TZPIZI.3813/3882/16 zapytał Wykonawcę którego nosze główne i transporter noszy głównych zostały dopuszczony do przetargu o odpowiedź:

czy nosze główne i transporter proponowane przez Wykonawcę posiadają wymienione parametry powyżej:

Wykonawca w wyznaczonym terminie do godz. 12:00 nie udzielił odpowiedzi na wymienione pismo.

W związku z brakiem odpowiedzi na nasze pismo Zamawiający domniema, że nosze zaproponowane w pytaniach przez Wykonawcę nie spełniają wszystkich postawionych przez Zamawiającego wymagań.


Wobec powyższego **Zamawiający wymaga by zaoferowane nosze główne z transporterem spełniały parametry pierwotne.**

- II.** Działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający informuje o dokonaniu następujących zmian w treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia:  
Nie dokonano zmian SIWZ.
- III.** Jednocześnie Zamawiający informuje, że wszystkie pozostałe zapisy SIWZ, w tym wyznaczone terminy i miejsce składania i otwarcia ofert, pozostają bez zmian.
- IV.** Zamawiający wymaga aby zgodnie z rozdziałem VIII punkt 8.4 „Jeżeli wykonawca przekazuje oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje za pośrednictwem faksu lub przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej strony niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

**DYREKTOR**

SP ZOZ

Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego  
i Transportu Sanijnego w Płocku

  
mgr Lucyna Kęsicka

.....  
(podpis kierownika Zamawiającego)